

Kód výrobku: 7530

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
ČR: www.jktrading.cz
SR: www.jk-trading.sk**Název výrobku:** Cross-Checks EO**Zařazení:** typ 4 vsázkový**Typ testu:** chemický**Bližší specifikace:** papírový proužek s testovacím polem**Typ sterilizace:** ethylenoxid**Expozice:** koncentrace EO 600 mg/l
teplota 55 °C
vlhkost 46-60 %
délka cyklu 60 min**Popis výrobku:** papírový proužek s testovacím polem indikátoru ve tvaru písmene V**Procesní charakteristika:** Vsázkový test se provádí každý den v naplněné komoře sterilizátoru. Před expozicí je indikátorový obrazec testu jasně žlutý, po správné expozici při splnění všech parametrů sterilizace je obrazec hnědý. Zbytky žlutého zbarvení signalizují nedostatečné splnění podmínek EO sterilizace.**Fyzikální charakteristika:** rozměr 95 mm x 16 mm**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 15 - 27°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Poznámka: nejsou známy žádné látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo správnou funkci indikátoru. Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko pro sterilizovaný materiál před, během nebo po procesu sterilizace.**Expirace:** 2 roky od data výroby**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN ISO 15882**Obsah balení:** 250 ks**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 8/2023/JK

Mesa France
2 Rue Auguste Fresnel
69680 Chassieu Cedex – France
Phone: +33 (0)4 78 90 56 88
Email: mesafrance@mesalabs.com