



PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE

Terragene Assured

Helix Kit + 100 testů pro plazmovou sterilizaci

Objednací kód: KH2X012-P1/P

Délka plastového tělíska je 1,2 m. Tělísko je určeno pro zvláštní zkoušku Typ 2

Zátěžové plastové tělísko s dutinou a příslušným testem sterilizace (Plazma), monitoruje správné dosažení sterilizačního média

Zátěžové plastové tělísko Helix - délka 1,2 m + 100 testů

Nezávislé testovací kontrolní tělísko s testem plazmové sterilizace slouží k dennímu monitoringu sterilizace (plazma). Toto zátěžové tělísko s příslušným typem testu je vhodné zvláště pro kontrolu sterility dutých zdravotnických prostředků. Při standardně provedené sterilizaci změní indikátor barvu z fialové na zelenou

Charakteristika výrobku

Zátěžové plastové tělísko slouží k opakovanému použití a je koncipováno na 250 cyklů

Fyzikální charakteristika

- plastové tělísko s plastovou trubičkou 1,2 m
- 100 testů - rozměr testu 76 x 6 mm.

Vnější prostředí

Skladování: v originálním balení.

Doba použitelnosti

5 let .Doba expirace je vyznačena na obalu.

Balení: sáček obsahuje 1 ks Helix plastové tělísko + 100 ks testů

Klasifikace dle standardů

ISO 867-5

Zátěžové plastové tělísko Helix Typ 2

TERRAGENE Ruta Nacional N°9 km 280, (CP2130), Parque Industrial Micropi Alvear, Santa Fe, Argentina



Distributor: JK – Trading spol. s r.o.

ČR: www.jktrading.cz

SR: www.jk-trading.sk