

Kód výrobku: SonoCheck

Distributor:

 Distributor: JK – Trading spol. s r.o.
ČR: www.jktrading.cz
SR: www.jk-trading.sk

Název výrobku: SonoCheck

Zařazení: test pro kontrolu účinnosti čištění nástrojů v ultrazvukových čističkách resp. ověření intenzity kavitace a činnosti generátoru

Typ testu: chemický

Bližší specifikace: lahvička s kapalinou a startérem

Expozice: UZV čističky s generátorem kavitace

Popis výrobku: průhledná skleněná lahvička s pevným uzávěrem, obsahující zelenou tekutinu a kuličky startéru



Procesní charakteristika: SonoCheck se používá pro kontrolu kvality kavitace v běžném čisticím cyklu nebo k funkčnímu testu UZV čističky a kontrole funkčnosti jednotlivých zářičů. Pokud je činnost zařízení správná, tekutina testu se změní ze zelené na žlutou.

Fyzikální charakteristika: skleněná lahvička, hliníkový uzávěr, zelená tekutina uvnitř společně se skleněnými kuličkami startéru

Skladování: v uzavřeném originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10-60 % a při teplotě 2°C - 25°C.
Chraňte před světlem, zdroji tepla a chemických látek, nezmrazujte

Poznámka: Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko obsluhujícímu personálu

Expirace: 12 měsíců od data výroby, viz obal

Obsah balení: 30 kusů

Aktualizace (datum/iniciály pracovníka): 9/2023/JK



PEREG GmbH
Porschestraße 12
D-84478 Waldkraiburg
+49 8638 84100