


Název výrobku: TOSI® LumCheck RIGI (8303)**Zařazení:** test pro kontrolu a validaci mytí a čištění dutých nástrojů**Typ testu:** kovový proužek s testovací skvrnou k použití s tělískem**Bližší specifikace:** proužek z nerezového materiálu s nanesenou testovací skvrnou, která má podobné složení, jako lidská krev. Test se vkládá do tělíka (8305)**Expozice a parametry:**

Druh detergentu	Koncentrace (g/l)	Doba mytí (min)	Teplota (°C)
Alkalický (pH 11,5)	<5	5	<60
Neutrální s enzymy	10	10	45
Neutrální bez enzymů	7-10	10	45 - 60

Popis výrobku: nerezový proužek s nanesenou testovací skvrnou k použití do kovového tělíka – pro kontrolu účinnosti mytí laparoskopů a pevných endoskopů se používá tělíko označené RIGI (rigidní). Tělíko se po vložení testovacího proužku napojí na trysku mycího zařízení**Procesní charakteristika:** účinnost mycího procesu se vyhodnocuje podle odmytí testovací skvrny. Veškeré červené zbarvení i celá skvrna musí být úplně umyté a nerezový nosič musí zůstat úplně čistý a lesklý**Fyzikální charakteristika:** kovový proužek, kovové tělíko**Skladování:** v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při teplotě 2°C - 25°C.Při skladování po expozici chraňte indikátory před světlem a teplem. Nepoužívané testy nevyjímejte z originálního obalu. Uchovávejte mimo dosah dezinfekčních prostředků a chemických výparů.
POZOR! Nevlhčete!**Poznámka:** Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v takovém množství, které by způsobilo zdravotní riziko obsluhujícímu personálu**Expirace:** 18 měsíců od data výroby, viz obal**Klasifikace:** ČSN EN ISO 15883**Obsah balení:** 25 kusů**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 9/2023/JK
 PEREG GmbH
 Porschestraße 12
 D-84478 Waldkraiburg
 +49 8638 84100